

Rzeszów, dnia 26 maja 2017 roku

ZP/1/PN/2017

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, Nr sprawy: ZP/1/PN/2017

Zamawiający - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie - otrzymał zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania:

Dotyczy Części Nr 4 - Dostawa tonometra bezkontaktowego z pachymetrem w jednym urządzeniu – 1 szt.

PYTANIE 1

Ad. Pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie pomiarowym pachymetrii od 400 do 750 mikrometrów?

ODPOWIEDŹ 1

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanych parametrach.

PYTANIE 2

Ad. Pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości wizualizacji na ekranie monitora przekroju przez centralna część rogówki?

ODPOWIEDŹ 2

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanych parametrach.

PYTANIE 3

Ad. Pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyłącznie z wewnętrznym źródłem fiksacji?

ODPOWIEDŹ 3

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanych parametrach.

PYTANIE 4

Ad. Pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją pozycji głowicy za pomocą dotykowego, obrotowego i uchylnego wyświetlacza LCD zamiast dżojstika?

ODPOWIEDŹ 4

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanych parametrach.

PYTANIE 5

Ad. Pkt. 18) Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości integracji z programem medycznym mMedica?

ODPOWIEDŹ 5

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez możliwości integracji z programem medycznym mMedica.

Dotyczy Części Nr 3 - Dostawa perymetra automatycznego do komputerowego badania wzroku- 1 szt.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do perymetru monitora i drukarki? Wynika to z faktu, że do obsługi perymetru wymagany jest monitor dotykowy lub zwykły.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający wymaga dołączenia monitora i drukarki, przy czym:

- monitor do obsługi perymetru ma być dotykowy,
- drukarka: kolor, laserowa.


DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Rzeszowie
.....
lek. med. Roman Wrona
Podpis Dyrektora